Numer zapytania	Z6/122/1
Tytuł zapytania	Negatoskop przemysłowy + densytometr
Kupiec prowadzący:	Dłużniak, Renata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2020-08-10 14:31:00
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2020-08-10 14:30:51
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2020-08-19 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2020-08-19 13:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Oferta jako minimum powinna zawierać: zestaw negatoskop i densytometr zgodne z normami:
Wymagania: Dla zestawu negatoskopu i densytometru.
1. Negatoskop przemysłowy
a) Zgodny z normą PN-EN 13032-1, PN-EN 25580
b) Możliwość oceny radiogramów o gęstości optycznej od 4,5 do 5,0
c) Możliwość oceny formatu 10x24 cm.
d) Możliwie nie nagrzewający klisz.
e) Regulacja luminancji.
f) Posiadający świadectwo uzyskanych parametrów wystawione przez jednostkę akredytowaną PCA.
2. Densytometr
a) Densytometr powinien być zdolny do odczytania gęstości optycznej w tolerancji klina w zakresie negatoskopu od 4 do 5D. Klin densytometryczny powinien posiadać rekomendację NIST.
b) Wysokiej sprawności- utrzymujący parametry nastawy.
c) Długopisowy- mała smukła końcówka pomiarowa pozwalająca dokonać pomiarów w interesujących obszarach (Ø 4mm).
d) Pracujący z negatoskopami z świetlówkami halogenowymi i ledowymi bez przekroczeń.
3. Dodatkowe warunki i zobowiązania.
a) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny- warunki w formie pisemnej dowglądu.
b) Okresowa kontrola ze świadectwem sprawdzenia- dane instytucji, która towykona/ przykładowe świadectwo do wglądu.
c) W przypadku usługi serwisowej dłuższej niż 10 dni będziemy oczekiwać sprzętu zastępczego- zapis w karcie gwarancyjnej.
d) Pisemna gwarancja nie mniej niż 36 m-ce- wymóg.
e) Walizka transportowa.
f) Instrukcja obsługi/BHP w języku polskim.
g) Warunki kupna i dostawy- w formie pisemnej.
h) Warunki płatności 60 dni od dostarczenia urządzenia.

4. Instalacja, pierwsze uruchomienie i szkolenie w cenie oferty- po dostarczeniu urządzenia.Uwagi : Wszystkie oferty jako minimum spełniające w/w wymagania będą brane pod uwagę przy wyborze oferty tylko i wyłącznie po zaprezentowaniu systemu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Regulamin aukcji.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Negatoskop przemysłowy + densytometr (zgodny z opisem w treści zapytania)		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie